
Double-cliquer sur une plage horaire dans le calendrier et compléter les champs requis qui apparaissent dans la fenêtre.




1- Inscrire le nom du laboratoire / compagnie, le numéro du local ainsi que le numéro de téléphone. Vous pouvez également inscrire votre nom dans le titre de l'événement.

2- Sélectionner l'autoclave

3- Choisir votre cycle de stérilisation.

4- Il est important de vous référer au tableau de conversion afin de déterminer la durée approximative de votre cycle et de l'indiquer dans la section en haut de la fenêtre.



Exemple : Cycle sec 30min/ 30min équivaut à 90min

Tableau de conversion	
Cycle	Durée (min)
Sec 30/30	90
Liquide 5min	40
Liquide 10min	40
Liquide 30min	60
Liquide 45min	80
Liquide 60min	90
Liquide 90min	125